

**血液製剤のウイルスに対する安全性確保を目的とした
核酸増幅検査(NAT)の実施に関するガイドライン**

(二次案に対するバイエル薬品の意見)

1. ガイドラインの目的及び適用範囲

1-1) 目 的

ウイルス遺伝子の検出法として用いられる核酸増幅検査（Nucleic Acid Amplification Test、以下「NAT」という。）は、目的とするウイルス遺伝子の有無を陽性又は陰性として判定する定性的な検査手法であり、検出限界付近の数IUから数十IUのウイルス遺伝子の検出が可能とされている。特に、このような微量のウイルス遺伝子の検出が要求されるNATをスクリーニング検査として用いる場合、検出感度等に係る精度管理が適切に行われていることが極めて重要である。

本ガイドラインは、血液製剤の安全性確保を目的としてNATを行う場合において適切な精度管理が実施されるよう、検査精度の確保及び試験方法の標準化の方策等に関する基本事項を示すことを目的とするものであり、「血漿分画製剤のウイルスに対する安全性確保に関するガイドライン（平成11年8月30日付け医薬発第1047号）」を補完するものとして位置付けられるものである。

なお、血漿分画製剤の製造工程におけるウイルスクリアランスを評価する場合や国際あるいは国内ウイルス標準品から自社の標準品を作製する場合など、ウイルス遺伝子の定量的な検出にもNATは利用されることがある。このため、本ガイドラインにおいては、NATは原則的に定性的な検査法として用いられるものとして考察しているが、必要に応じ定量的に用いる際に考慮すべき必要事項についても言及することとしている。

1-2) 適用範囲

本ガイドラインは、国内で使用されるすべての輸血用血液製剤及び原料血漿に係るドナースクリーニング検査、原血漿の製造工程への受入れ時の試験、さらには必要に応じて行われる血漿分画製剤の製造過程における工程内管理試験や最終製品の検査等を対象としてNATを行う場合に適用されるものであるが、他のヒトあるいは動物から抽出した生物由来の医薬品についても参照することができる。また、対象となるウイルスは、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）、C型肝炎ウイルス（HCV）及びB型肝炎ウイルス（HBV）とするが、その他のウイル

スについても準用可能な点については参考することができる。

2. 検査精度の確保及び試験方法の標準化の方策

ウイルス遺伝子の検出を目的として定性試験である NAT を採用する場合、その分析法を検証するための重要な項目は特異性と検出感度の 2 点である。特に、プール血漿のスクリーニング検査に NAT を採用する場合には、特異性と検出感度の確保はより一層重要なものとなる。特に、検査機関等において、NAT を恒常に実施し検査法として確立するには、ウイルス遺伝子の抽出、目的配列の增幅、検出、定量、及びこれらを行うための機器の設定と試験に関する最適化した規格・基準を定めておく必要がある。

さらに、NAT の場合、分析条件の小さな変動が結果に大きな影響を与えることもあるため、分析法の頑健性についても、分析条件を小さい範囲で変化させても測定値が影響されないという信頼性を示すことで評価する必要がある。具体的には、塩化マグネシウム、プライマー、d NTP のような試薬の濃度を小さい範囲で変動させて試験する方法を確立していく過程で示すことができる。市販キットを用いる場合には、これらのデータについては、試薬製造メーカーのデータをもって代えることができる。

具体的に頑健性を示すためには、陰性試料（目的とするウイルスが陰性のプール血漿、あるいは試験を行うのと同様の組成の試料（ランダムに選択する。）及び陽性試料（目的ウイルスが陰性の血漿プールあるいは試験を行うのと同様の組成の試料に検出感度（95%の確立検出されるウイルス量）の 3 倍量のウイルスをスパイクしたもの）を、それぞれ少なくとも 20 検体を用いて試験を実施し、すべての陰性試料が陰性となり、すべての陽性試料が陽性となることによって示すことができる。ウイルス遺伝子の抽出前に超遠心を使用する方法などでは頑健性に関して特に注意を払う必要がある。この場合、可能であれば目的とするウイルスに対する特異的抗体を持たないが目的とするウイルス遺伝子について陽性を認める複数の血漿を使用して試験することにより示すことができる。

一般的なコメント：これらの情報は、バリデーション時ではなく分析方法の開発時に得られると思います。市販品においては製造メーカーが保有していると思われます。

2-1) 施設・設備の整備等に関する事項

NATは、数コピ—IUから数十コピ—IUのウイルス遺伝子を検出できるため、増幅産物による汚染等に細心の注意を払う必要がある。このため、NATに用いる施設については、原則として下記の条件を満たしていることが望まれる。

① 核酸抽出を行う場所

—可能な限り独立した施設ないしは設備を用いて行うこと。

② 試薬の保管場所及び試薬の調製場所

—可能な限り独立した施設ないしは設備を用いて行うこと。

③ 核酸増幅を行う場所

—可能な限り独立した施設ないしは設備を用いて行うこと。

④ 増幅産物の検出を行う場所

增幅前の試料を取り扱う部屋と増幅産物を取り扱う部屋とを区別すること。

增幅前の場所は増幅後ないしは検出を行う部屋と区別すること。

一般的なコメント：

試験施設とコンタミ防止は一緒に評価されなければなりません。

仕事の流れは一方向になるようにします（施設レイアウト以上に重要）。

各試験工程の区別は試験施設及び試験環境によって変わるので、コンタミ防止チェックをしていれば、増幅と検出を同じエリア内で実施することも可能です。

コンタミを防ぐ他の方法（酵素のバリアー、閉鎖系の試験方法等）を出来るだけ取り入れるようにします。

また、NATでは、感染性のある標準品や陽性試料を取り扱うことから、試験・検査は、生物学的製剤の製造区域とは明確に区別された場所で行うことが必要である。

2-2) 機器、器具の保全、管理に関する事項

ピペット、サーマルサイクラーの校正等、機器操作による検査結果の変動について評価を行うこと。この評価に加え、分析法全体の有効性と信頼性について評価を行うこと（システム適合性試験）。また、重要な装置（例えば自動抽出

機やサーマルサイクラーなど) を何台か使用する場合、検査精度の確保及び試験方法の標準化に準じ各装置のバリデーションを行っておくこと。

2-3) (被験) 検体の移送・保管、試薬の保管・管理に関する事項

① 検体の移送・保管に関する事項

検体の移送あるいは保管中の温度等が NAT の結果に与える影響についてあらかじめ評価をしておくこと。また得られた結果に基づいて、移送や保存中の温度等について条件設定をしておくこと。

また凍結保存を行う場合には、凍結融解が NAT の結果に及ぼす影響について評価しておくこと。

② 試薬の保管・管理に関する事項

核酸の抽出や NAT に用いる試薬について、後述する品質確保の他、保存期間中の安定性について評価を行いその実測値に基づいて保存条件を決めておくこと。

市販キットを使用する場合は、試薬製造メーカーのデータをもって代えることができる。

2-4) 核酸の抽出・増幅及び増幅産物の検出に関する事項

① 抽出に関する事項

スパイク実験等により、用いる抽出法について評価を行うこと。

市販の試薬を用いる場合には、試薬メーカーによる解析結果をもって代えることができる。

② プライマー及びプローブに関する事項

プライマー及びプローブ（以下「プライマー等」という。）は核酸検出系の中心的役割を果たしており、その品質が NAT の重要な要素となっている。このため、選択したプライマー等の科学的合理性を説明できることが必要であり、プライマー等の大きさ、GC 含量、T_m 値、想定されるヘアピン構造や 2 次構造についての情報を明らかにしておくとともに、次のような情報も明らかしておくこと。

- 目的とするウイルス遺伝子（亜）型（ジェノタイプ）への対処として、採用しようとしている NAT が目的とするウイルスについてできる限り多くのジ

エノタイプ、バリエントを検出できるようにデザインされていることを示す情報。

- ・検出しようとするウイルス遺伝子の最も共通する配列の選択等、どのように複数のサブストレインを検出できるようにしているのかを説明する情報。
- ・使用濃度等の条件設定に関する情報

市販の試薬を用いる場合には、試薬メーカーによる解析結果をもって代えることができる。

③ プライマー等の純度、ロット間差等の品質の確保に関する事項

プライマー等の純度について最新の測定法を用いて解析し、解析結果を示すとともに、必要に応じてその規格値を定めておくこと。さらに、プライマー等の最適量について、段階的希釈法での検出能を指標とするなどして解析するとともに、ロット間の一定性についての情報や、複数のロットの合成プライマー等の特性解析結果やイールド等についての詳細な情報を明らかにしておくこと。なお、プライマー等の化学修飾を行う場合には、その詳細に係るデータを含む説明資料を作成しておくこと。

市販の試薬を用いる場合には、試薬メーカーによる解析結果をもって代えることができる。

④ 使用する酵素の品質の確保に関する事項

NAT に用いるすべての酵素について、その由来と機能を明らかにしておくこと。酵素の純度、力価、比活性について受入れ規格を定めておくこと。調製した酵素について、エクソヌクレアーゼ活性、DNA 及び RNA 依存性のポリメラーゼ活性等を明らかにしておくこと。市販の試薬を用いる場合には、試薬メーカーによる解析結果をもって代えることができる。

⑤ 受入れ基準の設定

試薬や反応液の受入れ規格を、適切な評価に基づいて作成しておくこと。

一般的なコメント：

分析方法は秘密保護の点から、非公開でお願いします。（特に感度のパネルと特異性のパネル）

試験システムの可否は、そのデザインよりはむしろ実際のデータで判断されな

ければならないと思います。

プライマーのサイズ、GC含量、Tm値、ヘヤーピン、二次構造のような特性は非公開にすべきです、というのは、科学者はデータ無しではそれらがどのように分析に影響するかわからず、誤解しかねないからです。

たとえば、溶融温度の算出がしばしば不正確であるようなことです。

この項の全部が有用とは思えず、代わりに、適切に使用される為に、使用する試薬とテストキットの品質評価に焦点をあてて改訂すべきではないでしょうか。

2-5) 試験の最適化と特異性の確認、非特異的反応の除去に関する事項

① 特異性の確認（目的とする遺伝子の検出）

NATにおける特異性とは、試料中に共存すると考えられる物質の存在下で、目的とする核酸を確実に検出する能力をいう。NATの特異性は、プライマー等の選択、プローブの選択（最終産物の検出に関する）、試験条件の厳密さ（増幅及び検出工程の両方）に依存している。プライマー等をデザインする際には、用いるプライマー等が目的とするウイルス遺伝子のみを検出できるとする根拠を示せること。

さらに、検出しようとする核酸の配列については、一般的に保存されている配列が用いられる。検出しようとする核酸の配列、GC含量の程度、さらには長さなどについて科学的合理性を説明できる必要がある。また、複数種のジェノタイプを検出できる根拠を、その妥当性も含めて説明できること。プライマー等の合理性についても説明できるべきである。定量的なアッセイを行う場合には、そのデザインと定量のための標準品の性質について説明できること。

市販の試薬を用いる場合には、試薬メーカーによる解析結果をもって代えることができる。

② 交差反応性（非特異的反応）の除去

類似ウイルスへの交差反応性の可能性について特に注意すること。この場合、公開されているデータベースにより、選んだ全ての配列をデータ検索する方法が有効である。さらに、解析に用いたソフト、解析条件についても説明できること。なお、多くの場合、通常プライマー等を設計する際には、遺伝的に非常によく保存されているウイルス遺伝子の領域が用いられる。

市販の試薬を用いる場合には、試薬メーカーによる解析結果をもって代えることができる。

③ 増幅産物が特異的である確認

a) 増幅した産物は、ネスティド・プライマーによる増幅、制限酵素による解析、シークエンシングあるいは特異的なプローブによるハイブリダイゼーション等の方法によって確実に同定できることを示すこと。

NAT により目的とするウイルスの種々の遺伝子型を検出できる能力はプライマー等、反応条件に依存する。これは適当な参考パネルを使用することによって証明すること。

分析法の特異性をバリデートするために目的とするウイルスについて陰性の血漿又はミニプール血漿を少なくとも 100 検体を試験し、陰性であることを確認し、記録を保存しておくこと。

b) 臨床的に分離されたウイルス遺伝子（亜）型（ジェノタイプ）に対する検出感度

複数のジェノタイプのウイルスパネルに対して 2 種類の標準検体を作製して試験を行い、各ジェノタイプに対してどれほどの検出能があるか評価しておくべきである。

質問：この部分が良く分かりません。2 つの検体の各々のジェノタイプを意味しているのでしょうか。

各々のウイルスパネルの選択にあたってはウイルスの分布と流行に関する地理的な疫学データ等を参照すること。

市販の試薬を用いる場合には、試薬メーカーによる解析結果をもって代えることができる。

2-6) 検出感度に関する事項

① 検出感度

検出感度とは、試料中に含まれる目的ウイルス遺伝子の検出可能な最低の量で、定量できるとは限らない量のことをいう。NAT によるウイルス否定試験は通常定性試験であって、結果は陰性か陽性のいずれかである。NAT 検査では 95% の確率で検出される検体一定量あたりのウイルス遺伝子の最低量である陽性カットオフ値を検出感度値として設定する。陽性カットオフ値は、検体中のウイルス遺伝子の分布や酵素の効率のような因子により影響され、個々のウイ

ルス NAT でそれぞれの 95% カットオフ値が存在する。

② 検出感度の求め方

・希釈系列の作製

標準品の希釈系列を作製すること。希釈液の数を処理しやすい数にするためには、予備試験（例えば指數段階的に希釈を作製するなど）を行い予備的な陽性検出感度値（すなわち陽性シグナルが得られる高い希釈倍率）を決定する。希釈範囲は、予備的な陽性検出感度値付近を選択する（希釈液として陰性血漿を用い、希釈率として $0.5\log$ またはそれ以下を使用する。）。あるいはバリデートされた定量的 NAT を用いることも可能である。95% の確率で検出されるウイルス遺伝子の量は適切な統計学的な手法によって算出すること。

コメント：他の非統計的な方法も使用可能ではないでしょうか。

NATにおいては、各試験の精度や感度を管理するためには標準品あるいは参照品が必須である。通常、NAT の開発過程における、ウイルス濃縮、遺伝子の抽出、增幅、ハイブリダイゼーション、定量、汚染をモニターするための標準品又は参照品、ランコントロールを用いた解析を行う必要がある。

ランコントロールにおいては、95% の確率で検出される検出感度の 3 倍量のウイルスを含む標準検体を用いることが推奨される。試験では、この標準検体は必ず陽性にならなければならない。このように標準検体を用いることにより、各試験の成立をモニターすることが可能となる。

・3回以上の独立した試験の実施

少なくとも 3 つの独立した希釈系列を用い、充分な回数の試験を繰り返し、各希釈段階での総試験回数が 24 になるように試験を実施する。例えば、3 つの希釈系列を別々の日に 8 回行う、4 つの希釈系列を別々の日に 6 回行う、6 つの希釈系列を別々の日に 4 回行うなどである。これらの結果は試験法の日差変動を示す役目も果たしている。

交叉汚染が防止できていることを示すために、陰性プール血漿と高い濃度で目的とするウイルスをスパイクした陰性プール血漿（濃度としては 95% の確率で検出されるウイルス量の 100 倍量以上）を、少なくとも 20 検体をランダムに配置するなどして、試験することにより確認しておくこと。

質問：これは1つの強陽性の検体を20の陰性検体と共に試験することを意味するのでしょうか。

・使用する標準品

- ①国際標準品、②国際標準品とのデータの互換性が保証された国内標準品、
③国際標準品又は国内標準品とのデータの互換性が保証された自社標準品の
いずれかを使用すること。

2-7) 判定基準の設定に関する事項

① 陽性及び陰性の判定基準の明確化と文書化

陽性及び陰性の合理的な判定基準を明確にし、文書化しておく必要がある。

② 再試験を行う時の基準及び判定基準の文書化

再試験を行うときの基準、再試験での合理的な判定基準についても文書化
しておく必要がある

2-8) 従事者の技術の標準化と向上に関する事項

NATは、数IUから数十IU（「コピー」は「IU」で表記すべきである。）のウイルス遺伝子の検出が可能とされる高感度検査であるため、操作中の汚染やピペット操作や試験チューブの開閉等を含め従事者の技能がその試験の成否を大きく左右する。市販のキットを試験法の一部または全てに使用する場合で、キットの製造元で実施されたバリデーション資料がある場合はユーザーによるバリデーションデータに加えることができる。しかし、その目的に応じたキットの性能を示す必要がある。

~~また、二人以上の者が試験を実施する場合、試験者ごとに、目的とするウイルスを、95%の確率で検出される標準検体量の3倍量をスパイクした陰性プル血漿あるいは試験を行うのと同様の組成の陰性試料について試験を実施すること。この試験（8本の試験検体）を別々の日に3回繰り返すこと（すなわちのべ3日の試験により計24試験が実施されることになる）。その結果が全て陽性になることを確認し、結果を保存しておくこと。~~

訓練プログラムを正式に確立しなければならない。

プログラムはNAT試験の熟達度をはかる項目を含み、プログラムで訓練され、資格を与えられた技術者のみがNATスクリーニングを実施できるように

しなければならない。

一般的なコメント：後半の部分はかなり細かすぎるので、もう少し、一般的な記載にすべきです。

① 作業手順の標準化と作業手順書の作成

NATのような生物学的試験は、分析法のバリデーションや試験結果そのものが種々の要因の影響をうけ易いので、試験操作法を標準化し、正確な作業手順書を作成すること。作業手順書は以下の項目を含むものとする。

- サンプリングの方法（容器の種類等）
- ミニプールの調製方法
- 試験までの保存条件
- 交叉汚染やウイルス遺伝子・試薬・標準検体の劣化を防止するための試験条件の正確な記述
- 使用する装置の正確な記述
- 統計解析を含む結果の詳細な計算式

② 検査従事者を対象とした教育・訓練、技能検査の実施

NATの恒常性を担保するには検査従事者の教育と技能向上が非常に重要である。NAT従事者に対して教育・訓練を行うとともに必要に応じて定期的にその技能検査を行うことが推奨される。

③ 作業記録の作成、保管・管理

作業記録を作成し、必要に応じ照会できるよう必要な期間にわたって適切に保管・管理を行うこと。

2-10) 汚染防止に関する事項

① 試験操作中の器具などを介した汚染の防止策

試験操作中において器具などを介した汚染の防止策を講じておく必要がある。

② 着衣、履物等を介した汚染拡大の防止策

着衣、履物等を介した汚染の防止策を講じておく必要がある。

3. 試験、検出結果の意義づけ

3-1) 「陽性」と判定した結果の意義

NAT で「陽性」と判定した際に、陽性血漿の性質を正しく確認する為に、取るべき手順を文書化しておくこと。

3-2) 「陰性」と判定した結果の意義

~~NAT で「陰性」と判定した結果について、検出限界を考慮したその意義を考察しておくこと。また、他の事由から結果が偽陰性の可能性がでてきた場合、取るべき手順を文書化しておくこと。~~

コメント：この項は不要と思われます。重要な点は試験で陽性になったいかなる血漿も、3-1で述べたようにして、血漿分画製剤の製造には使用されないということです。

3-3-2) 必要とされる検出限界値について

必要とされる検出限界値については、対象となるウイルス毎に別途に示す。

コメント：検出限界の規定は非常に重要なので、設定すべきです。

4. 新技術の導入に関する事項

NAT 及び NAT 関連技術の進歩は急速であるため、可能な限り最新の科学的水準に基づいた技術導入を図ること。なお、その際には、導入される新技術について適切な評価を行っておくこと。

(付録)

- 用語集
- Q & A